



故障描述：扫秒一两个病人就报错

工程师到达现场看到的情况描述，故障信息提示等：报路径错误，存储图像异常，图像盘 E 盘名称消失





故障排查流程描述:

1. 更换图像盘，重新分区，
2. 将电源线插头更换
3. SCSI 线头更换

处理结果:

更换图像盘，更换图像盘接线插头后故障解决。